

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup i dostawa łóżek rehabilitacyjnych sterowanych elektrycznie wraz z szafkami przyłóżkowymi”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami/ zwanej dalej ustawą Pzp, udzielam wyjaśnień na niżej zadane pytania.

### Pytanie nr 1

Czy zamawiający w pkt.16 miał na myśli barierki metalowe czy drewniane ?

### Odpowiedź

Barierki mają być metalowe.

### Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza w pkt.5, szczyty wykonane z płyty meblowej, laminowanej oklejonej PCV ?

### Odpowiedź

Tak.

### Pytania nr 3

Czy przy wycenie łóżka trzeba uwzględnić jakiś materac, jeśli tak to jaki i w jakim pokrowcu?

### Odpowiedź

TAK – powinien być materac piankowy przeciwodleżynowy typu GOFER o wymiarach 200 x 80 x 12 cm. Gęstość pianki T28 do T 30, w pokrowcu para przepuszczalnym, zmywalnym, nieprzemakalnym. Pokrowiec na zamek, do prania w temperaturze 95 stopni, odporny na środki dezynfekcyjne.

### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji od podpisania umowy?

### Odpowiedź:

Nie

### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wykonanym z metalowej siatki łatwej w dezynfekcji?

### Odpowiedź

Nie

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2100mm?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści wysięgnik z uchwytem ręki o obciążeniu 75kg?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o konstrukcji metalowej z blatami wykonanymi z tworzywa hpl?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 9**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem roboczym składanym do boku szafki?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka jednak z jednostronnym otwieraniem drzwiczek i szuflady?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach 810x430x620mm (wys./głęb./szerokość z blatem bocznym)?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 520x360mm?

**Odpowiedź**

Nie

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 480mm?

**Odpowiedź**

Tak

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 580mm?

**Odpowiedź**

Tak

DYREKTOR  
Lek. med. WALDEMAR JURASZ

