

## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Producent: .....

Nazwa i typ .....

Kraj: .....

Rok produkcji: .....

**ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE**

L.p.	Parametry wymagane
1	Łóżko rehabilitacyjne sterowane elektrycznie
2	Leże łożka czterosegmentowe.
3	Bezpieczne obciążenie robocze min. 175 kg
4	Pilot sterujący z kluczem umożliwiającym blokadę poszczególnych pozycji leża
5	Szczyty łożka wypełnione łatwo zmywalną i odporną na dezynfekcję płytą
6	Konstrukcja łożka wykonana z kształtowników stalowych malowanych farbą proszkową
7	Leże łożka wykonane z metalowych płaskowników, co ułatwia utrzymanie w czystości i dezynfekcji leża
8	Wymiary leża: - szerokość: 800 mm, (+/- 10 mm) - długość: 2000 mm, (+/- 10 mm)
9	Wymiary zewnętrzne łożka: - szerokość całkowita: 900 mm – 950 mm - długość całkowita: 2150 mm, (+/- 20 mm)

10	Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: 400 mm – 800 mm (+/- 10 mm)
11	Regulacja segmentu oparcia pleców, w zakresie: 0-70 °, (+/- 2°)
12	Regulacja segmentu oparcia podudzi w zakresie: 0-20 °, (+/- 2°)
13	Regulacja segmentu oparcia pleców i segmentu uda oraz wysokości za pomocą pilota z możliwością blokady poszczególnych pozycji leża
14	Regulacja segmentu podudzia - ręcznie
15	Regulacja do pozycji Trendelenburg i Anty-Trendelenburg dla obu pozycji w zakresie min. 12 °
16	Barierki boczne
17	Wysięgnik z uchwytem do ręki mocowany w tulejach o obciążeniu nie mniejszym niż 80 kg
18	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła o średnicy min. Ø 100 mm z blokadą jazdy
19	Zasilanie sieciowe 230V 50/60 Hz
20	Kolorystyka łóżka kompatybilna z kolorem szafki przyłóżkowej

## SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA

1	Konstrukcja szafki wykonana z płyty meblowej pokrytej okleiną PCV
2	Wysuwany, składany blat roboczy
3	Dwustronnie otwierane szuflady i drzwiczki
4	Wyposażona w jedną półkę zamkniętą oraz jedną półkę otwartą
5	Cztery koła w tym 2 z możliwością blokady
6	Wymiary zewnętrzne szafki : 850 x 450 x 510 mm.(wys./ głęb./ szer.) (+/- 20 mm)
7	Wymiary składanego blatu roboczego: 600 x 350 mm ( szer./głęb.) (+/- 50 mm)
8	Kolorystyka szafki kompatybilna z kolorem łóżka (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym)

## DODATKOWE OBLIGATORYJNE WYMAGANIA

### DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1	Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych
2	Instrukcja obsługi w języku polskim
3	Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy rok produkcji 2018
4	Okres gwarancji i rękojmi min. 24 miesiące
5	Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych co najmniej przez 10 lat od daty dostawy
6	Zagwarantowanie bezpłatnych okresowych przeglądów koniecznych do wykonania w okresie gwarancyjnym w celu zapewnienia sprawnej pracy przedmiotu zamówienia

**UWAGA: Termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od daty podpisania umowy.**